

スペクトラムアナライザの調達

調達仕様書（売買）

お知らせ

- ①JAXA 標準約款 http://stage.tksc.jaxa.jp/compe/fundamental_j.html
契約条件等は、取引基本契約書その他契約書等別の定めのない限り、
JAXA 標準約款によります。ご希望の方は上記 URL よりダウンロード又は
当機構調達部（050-3362-4521）までご連絡ください。
- ②JAXA コンプライアンス総合窓口について
当機構との業務に関し、社会規範や倫理、法令上問題と感ずることにつき、
どなたでも次の窓口にご相談することができます。（匿名可）
- (1) JAXA 内コンプライアンス総合窓口
E-MAIL : sodan@ml.jaxa.jp TEL : 090-1660-0191
〒101-8008 東京都千代田区神田駿河台 4-6 御茶ノ水ソラシティ
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 総務部法務・コンプライアンス課
「コンプライアンス総合窓口」
- (2) 指定弁護士 岩渕正紀（ふじ合同法律事務所）
E-MAIL : jaxatsuho@siren.ocn.ne.jp TEL : 03-5568-1616

平成 30 年 9 月

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

1. 件名

スペクトラムアナライザの調達

2. 総則

この調達仕様書は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「甲」という)が契約相手方(以下「乙」という)に発注する「スペクトラムアナライザの調達」に適用する。

3. 適用文書

次に掲げる文書は、この仕様書で規定された範囲内で、この仕様書の一部をなす。
尚、以下の文書については最新版が適用される。

3-1. 機構文書

- (1)検査実施要領(安全・信頼性管理部・契約部長通達第 16-1 号)
- (2)環境への負荷の少ない物品等の調達に関する選定要領
(経営企画部長・契約部長・安全・信頼性管理部長通達第 16-1 号)

3-2. 関連法規等

- (1)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
- (2)労働安全衛生法
- (3)その他、関連する法規

4. 要求事項

4-1. 一般要求

乙は、この調達仕様書の規定に従い、以下を満たすシングルアナライザを納めること。

No.	必要スペック	
1	周波数測定下限	9kHz 以下
2	周波数測定上限	43 GHz 以上
3	表示平均雑音レベル	10MHz~4GHz -161 dBm 以下 4GHz~9GHz -159 dBm 以下 9GHz~13GHz -156 dBm 以下 13GHz~20GHz -152 dBm 以下 20GHz~32GHz -154 dBm 以下 32GHz~40GHz -148 dBm 以下
4	位相雑音性能 (1GHz からのオフセット)	10kHz -102 dBc/Hz 以下 100kHz -106 dBc/Hz 以下 1MHz -111 dBc/Hz 以下
5	2 次高調波ひずみ (入力アッテネータ 0dB、 入力レベル-30dBm)	>4GHz -75dBc 以下

6	入力コネクタ規格	K(female)（変換コネクタによる対応も可とする。）
7	電源	バッテリー駆動が可能なこと
8	重量	5kg 以下（バッテリー込）

5. 疑義等

この調達仕様書に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上決定する。

6. 契約履行においての必要事項

本契約の実施にあたり、甲が所有する施設、設備の利用を希望する場合は、甲と調整のうえ、原則として無償で使用できる。

7. 納入品目等

No.	品 名	数量	納入期限	納入場所	備考
1	スペクトラムアナライザ	1	平成 30 年 12 月 12 日	相模原キャンパス	取扱い説明書を含む

8. 納入場所

JAXA 相模原キャンパス(神奈川県相模原市中央区由野台 3-1-1)

9. 納入期限

平成 30 年 12 月 12 日